



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201595852 U

(45) 授权公告日 2010. 10. 06

(21) 申请号 201020127120. 5

(22) 申请日 2010. 02. 02

(73) 专利权人 魏咏梅

地址 276800 山东省日照市望海路 35 号日照市中医医院

(72) 发明人 魏咏梅

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

B 超检查床

(57) 摘要

B 超检查床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板上段设有弹力带,弹力带末端设有橡胶钩。本实用新型结构简单,在给病人进行 B 超检查时操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. B 超检查床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)上段设有弹力带(3),弹力带(3)末端设有橡胶钩(4)。

B 超检查床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种 B 超检查床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行 B 超检查时，需要病人将腹前衣物尽量上翻以充分暴露检查部位，现有技术主要是让病人手工上翻并固定，这样操作十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行 B 超检查时操作简便、省时省力的 B 超检查床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板上段设有弹力带，弹力带末端设有橡胶钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行 B 超检查时操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、弹力带，4、橡胶钩。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 上段设有弹力带 3，弹力带 3 末端设有橡胶钩 4。在给病人进行 B 超检查时，将橡胶钩 4 挂在衣服上，弹力带 3 牵拉即可。




图 1