


Warszawa, 10 lipca 1933 r.

GOZB 21/26

URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 18168.

Kl. 42 h, 15/02.

Polskie Zakłady Optyczne Spółka Akcyjna
(Warszawa, Polska).

Stolik do trychinoskopu.

Zgłoszono 8 lutego 1932 r.

Udzielono 22 marca 1933 r.

Obecność trychin w mięsie stwierdza się przy pomocy specjalnego mikroskopu o niewielkiem powiększeniu, czyli tak zwanego trychinoskopu. Wziętą do badania próbkę mięsa (preparat) umieszcza się w kompresorjum, składającym się z dwóch płytek szklanych, które się mocno ściska, rozprasowując w ten sposób próbkę tak, aby zajęła całą powierzchnię podziałki, wykonanej jako siatka na jednej z płytek.

W celu obejrzenia próbki w powiększeniu umieszcza się na stoliku trychinoskopu kompresorjum, które należy tak przesuwac, aby w polu widzenia można było zobaczyć każdy punkt próbki.

Istnieją różne stoliki, ułatwiające przesuwanie kompresorjum, lecz są one albo

niedogodne w użyciu, albo posiadają złożoną budowę.

Wynalazek niniejszy dotyczy stolika do trychinoskopu, który w porównaniu ze stolikami tego rodzaju już istniejącymi posiada prostą budowę i jest dogodny w użyciu.

Na rysunku uwidoczniono przykład wykonania wynalazku. Fig. 1 przedstawia widok z boku trychinoskopu ze stolikiem, fig. 2 — widok zgóry.

Prostokątna płytka 1 jest przymocowana do kadłuba 2 trychinoskopu, na której kładzie się kompresorjum K. W płytce 1 zamocowane są dwa czopy 3 i 3a, na których mogą obracać się dwie o jednakowej długości dźwignie 4 i 4a, połączone przegu-

bowo przy pomocy czopów 6 i 6a z łącznikiem 5, tak że odległość między czopami 3 i 3a jest równa odległości między czopami 6 i 6a.

Sprężyna 7, sztywno umocowana w łączniku 5, opiera się o dźwignię 4, dociskając stale łącznik 5 w kierunku strzałki S, śruba zaś 8 służy do przesuwania łącznika 5 w kierunku odwrotnym, przyczem łącznik 5 będzie stale zajmował położenie równoległe do swego położenia pierwotnego.

Kompresorjum K kładzie się na płytce 1 tak, aby przylegało krawędzią do łącznika 5, czyli przesuwają się wspólnie z łącznikiem 5, w kierunku zaś, prostopadłym do

poprzednich przesunięć, kompresorjum przesuwają się ręką wzdłuż łącznika 5, osiągając możność obejrzenia każdego punktu próbki.

Zastrzeżenie patentowe.

Stolik do trychinoskopu, znamienny tem, że posiada łącznik (5), połączony z płytką (1) przy pomocy dźwigni (4 i 4a) i czopów (3, 3a, 6 i 6a), stanowiących układ dźwigni w kształcie równoległoboku.

Polskie Zakłady Optyczne
Spółka Akcyjna.

Fig. 1 Do opisu patentowego Nr 18168.

