

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 1 部門第 2 区分

【発行日】令和 2 年 5 月 28 日 (2020.5.28)

【公開番号】特開 2019-209111 (P2019-209111A)

【公開日】令和 1 年 12 月 12 日 (2019.12.12)

【年通号数】公開・登録公報 2019-050

【出願番号】特願 2018-202915 (P2018-202915)

【国際特許分類】

A 6 1 F 2/90 (2013.01)

【F I】

A 6 1 F 2/90

【手続補正書】

【提出日】令和 2 年 4 月 9 日 (2020.4.9)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】請求項 1

【補正方法】変更

【補正の内容】

【請求項 1】

ステントにおいて、

ワイヤが長手方向に対して水平に 20°以上 70°以下の角で傾斜しながら山部と谷部に交差してメッシュ構造をなす円筒形の第 1 編み部と、

前記第 1 編み部のワイヤで再結合やフック結合なしに一体に連続して延びるワイヤが長手方向に対して水平に 0°以上 20°未満の角で長手方向に曲げられて延びる円筒形の第 2 編み部とを含み、

前記第 1 編み部と前記第 2 編み部は、長手方向に交互に繰り返される、医療用ステント

。