


URZĄD PATENTOWY



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OPIS PATENTOWY

Nr 4154.

Kl. 30 d 21.

Dr. Behring i S-ka., Sp. z o. o.
dawniej: Dr. Gutzeit & Braun
(Bydgoszcz, Polska).

A61 7 13/04

Bandaż gipsowy.

Zgłoszono 7 stycznia 1925 r.
Udzielono 6 lutego 1926 r.

Dotychczas wyrabia się wszelkie bandaże gipsowe na gazie sztywnej czyli krochmalonej. Bandaże te posiadają wady, gdyż gruba tkanina uwiera, poza tem nakrochmalona sztywna gaza układa się w fałdy jedna nad drugą i dlatego utrudnia nałożenie bandażu na złamaną kończynę. Takie fałdy, tworzące się przy nakładaniu bandażu, może lekarz wygładzić jedynie przez naciskanie, które sprawia pacjentowi mocne bóle.

Bandaż gipsowy według wynalazku jest utworzony z miękkiego muślinu opatrunkowego i w miękkim stanie nakłada się na odpowiednie miejsce złamania, wobec czego, przystosowuje się dokładnie do wszel-

kich nierówności tego miejsca, następnie mniej więcej po pięciu minutach twardnieje i otacza złamane miejsce mocno i delikatnie. Oprócz tego wyrób bandażu według wynalazku jest znacznie tańszy od dotychczas wyrabianych na sztywnej gazie.

Zastrzeżenie patentowe.

Bandaż gipsowy, znamienny tem, że warstwa gipsu jest nałożona na miękki muślin opatrunkowy.

Dr. Behring i S-ka., Sp. z o. o.
dawniej: Dr. Gutzeit & Braun.