



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201958908 U

(45) 授权公告日 2011. 09. 07

(21) 申请号 201120042241. 4

(22) 申请日 2011. 01. 28

(73) 专利权人 曹爱梅

地址 253014 山东省德州市新湖大街 1751
号德州市人民医院 B 超室

(72) 发明人 曹爱梅

(51) Int. Cl.

A61B 8/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

耦合剂清理器

(57) 摘要

耦合剂清理器,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括手柄和支臂,其特征是在支臂上设有刮板,刮板前端设有弯铲。本实用新型结构简单,在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时操作简便、省时省力,且能够避免引发交叉感染,减轻了医务人员的工作难度。



1. 耦合剂清理器,包括手柄(1)和支臂(2),其特征是:在支臂(2)上设有刮板(3),刮板(3)前端设有弯铲(4)。

耦合剂清理器

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种耦合剂清理器。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行超声检查时，需要在局部涂抹耦合剂作为检查介质，检查完毕后再手拿卫生纸进行清擦，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易引发交叉感染，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时操作简便、省时省力，且能够避免引发交叉感染的耦合剂清理器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括手柄和支臂，其特征是在支臂上设有刮板，刮板前端设有弯铲。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时操作简便、省时省力，且能够避免引发交叉感染，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、手柄，2、支臂，3、刮板，4、弯铲。

[0008] 具体实施方式：包括手柄 1 和支臂 2，其特征是在支臂 2 上设有刮板 3，刮板 3 前端设有弯铲 4。在给病人进行超声检查完毕后清理耦合剂时，用刮板 3 将耦合剂刮成一条线，再用弯铲 4 收拢耦合剂即可。




图 1