



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202365759 U

(45) 授权公告日 2012. 08. 08

(21) 申请号 201120536780. 3

(22) 申请日 2011. 12. 20

(73) 专利权人 闫福

地址 154000 黑龙江省佳木斯市保卫路 538
号佳木斯市妇婴医院

(72) 发明人 闫福

(51) Int. Cl.

A61B 5/00(2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

麻醉科用检验器

(57) 摘要

本实用新型提供一种麻醉科用检验器, 由左镊臂、右镊臂、硅胶套、推柄、触觉针和镊柄组成, 左镊臂和右镊臂通过镊柄连接, 左镊臂和右镊臂上均设有硅胶套, 推柄通过滑道与右镊臂连接, 触觉针与推柄连接。本实用新型结构简单、设计合理, 在给病人进行麻醉后检查麻醉效果时操作简便、省时省力, 且能够避免损伤病人皮肤, 减轻了医务人员的工作难度。



1. 一种麻醉科用检验器,由左镊臂、右镊臂、硅胶套、推柄、触觉针和镊柄组成,其特征在于:左镊臂和右镊臂通过镊柄连接,左镊臂和右镊臂上均设有硅胶套,推柄通过滑道与右镊臂连接,触觉针与推柄连接。

麻醉科用检验器

技术领域

[0001] 本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种麻醉科用检验器。

背景技术

[0002] 目前，临床上在给病人进行麻醉后需要用镊子或触觉针刺刺激皮肤，观察病人的反应，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易损伤病人皮肤，给医务人员增加了极大的工作难度。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的在于，克服现有技术的不足之处，提供一种麻醉科用检验器。

[0004] 本实用新型的技术方案是：一种麻醉科用检验器，由左镊臂、右镊臂、硅胶套、推柄、触觉针和镊柄组成，左镊臂和右镊臂通过镊柄连接，左镊臂和右镊臂上均设有硅胶套，推柄通过滑道与右镊臂连接，触觉针与推柄连接。

[0005] 本实用新型结构简单、设计合理，在给病人进行麻醉后检查麻醉效果时操作简便、省时省力，且能够避免损伤病人皮肤，减轻了医务人员的工作难度。

附图说明

[0006] 图1为本实用新型的结构示意图，其中：1、左镊臂，2、右镊臂，3、硅胶套，4、推柄，5、触觉针，6、镊柄。

具体实施方式

[0007] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0008] 如图1所示，一种麻醉科用检验器，由左镊臂、右镊臂、硅胶套、推柄、触觉针和镊柄组成，左镊臂和右镊臂通过镊柄连接，左镊臂和右镊臂上均设有硅胶套，推柄通过滑道与右镊臂连接，触觉针与推柄连接。

[0009] 本实用新型结构简单、设计合理，在给病人进行麻醉后检查麻醉效果时操作简便、省时省力，且能够避免损伤病人皮肤，减轻了医务人员的工作难度。




图 1