



SUOMI-FINLAND

(FI)

Patentti- ja rekisterihallitus
Patent- och registerstyrelsen

(11) (21) Patenttihakemus - Patentansökan	955907
(51) Kv.1k.6 - Int.c1.6	
A 61M 11/00	
(22) Hakemispäivä - Ansökningsdag	08.12.95
(24) Alkupäivä - Löpdag	08.06.94
(41) Tullut julkiseksi - Blivit offentlig	26.01.96
(86) Kv. hakemus - Int. ansökan	PCT/EP94/01859
(32) (33) (31) Etuoikeus - Prioritet	
	09.06.93 GB 9311892 P

(71) Hakija - Sökande

1. Glaxo Wellcome Australia Ltd, 1061 Mountain Highway, Boronia, Victoria 3155, Australia, (AU)

(72) Keksijä - Uppfinnare

1. Stone, Robert, c/o Glaxo Wellcome Australia Limited, 1061 Mountain Highway, Boronia, Victoria 3155, Australia, (AU)
2. Lockett, Lynn Michelle, c/o Glaxo Wellcome Australia Limited, 1061 Mountain Highway, Boronia, Victoria 3155, Australia, (AU)
3. Riedel, Ingo Helmuth, 13 The Patch, Victoria 3792, Australia, (AU)
4. Oretti, John Ernest, 25 Heyington avenue, Doncaster, Victoria 3108, Australia, (AU)
5. Christie, John Alexander, Lot 1 Queens Road, Wandin, Victoria 3139, Australia, (AU)

(74) Asiamies - Ombud: Oy Kolster Ab

(54) Keksinnön nimitys - Uppfinningens benämning

Laite farmaseuttisten aineiden antamiseksi
Anordning för avgivning av farmaceutiska substanser

(57) Tiivistelmä - Sammandrag

Laite lääkeaineiden antamiseksi suihkuttamalla muovimateriaalista muodostetun säiliön (1) sisältö. Laite käsittää osien (23, 23') muodostaman parin, joiden väliin säiliö (1) on tuettu, osien (23, 23') ollessa liikuteltavissa suhteessa toisiinsa ensimmäisen asennon, jossa säiliötä (1) ei ole tarpeeksi puristettu, jotta se puhkeaisi, ja toisen asennon välillä, jossa osat (23, 23') pystyvät kohdistamaan tarpeeksi painetta säiliöön (1) sen puhkaimiseksi ja sisällön ajamiseksi ulos poistoaukon kautta.

En apparat för givning av medicinska substanser genom sprayning av innehållet i en behållare (1) av plastmaterial. Apparaten omfattar ett par delar (23, 23'), mellan vilka behållaren (1) stödes, där delarna (23, 23') är rörliga i förhållande till varandra mellan ett första läge, där behållaren (1) inte är hoppressad tillräckligt, för att spränga den, och ett andra läge, där delarna (23, 23') förmår utöva tillräckligt tryck på behållaren (1), för att spränga den och avge innehållet genom ett utloppshål.

