



(12)

CERERE DE BREVET DE INVENȚIE

(21) Nr. cerere: **a 2013 00619**

(22) Data de depozit: **22.08.2013**

(41) Data publicării cererii:
27.02.2015 BOPI nr. **2/2015**

(71) Solicitant:
• **LAMBDA COMMUNICATIONS SRL,**
STR. AVRAM IANCU NR. 37,
TÂRGU MUREȘ, MS, RO

(72) Inventatori:
• **LOSONGZI LAJOS, STR. REPUBLICII**
NR.23/16, TÂRGU MUREȘ, MS, RO

(54) SENZOR INTELIGENT PENTRU MĂSURĂRI BIOSEMNALE

(57) Rezumat:

Invenția se referă la un senzor inteligent, utilizabil pentru măsurarea neinvazivă, de pe suprafața corpului, a biosemnalelor de mică intensitate. Senzorul conform invenției utilizează un preamplificator diferențial de intrare, realizat cu un filtru trece sus (1) și un amplificator instrumental (2), semnalul de la ieșirea preamplificatorului este trecut printr-un filtru trece jos (3) și un filtru trece sus (4), apoi este aplicat la o altă intrare a unui amplificator (5) instrumental diferențial, la cealaltă intrare fiind aplicat semnalul furnizat de un generator (11) de tensiune de referință, care este controlat de un microcontroler al unei unități centrale de procesare (10); ieșirea amplificatorului (5) instrumental se aplică printr-un filtru trece sus (6) la intrarea unui amplificator (7) cu câștig programabil, a cărui ieșire se aplică la intrarea unui convertor (8) analog-digital de tip Sigma-Delta, iar datele obținute la ieșirea acestui convertor (8) sunt transmise la unitatea centrală de procesare (10) printr-un canal (9) serial de transmisie de date pe două fire, linia de date și semnalul de ceas, prin care se programează și câștigul amplificatorului (7) cu câștig programabil.

Revendicări: 5
Figuri: 3





Fig. 1



24



Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale

Descriere:

Invenția se referă la concepția și structura unui senzor inteligent, cu circuitul de condiționare analogică a semnalului măsurat, convertorul analog digital și unitatea centrală de procesare realizată cu microcontrolor, încorporate în carcasa traductorului, utilizabil pentru măsurarea neinvazivă, de pe suprafața corpului, a biosemnalelor de mică intensitate.

Condiționarea semnalelor biofizice achiziționate se referă la succesiunea de transformări analogice și digitale aplicate asupra semnalului prelevat, care îl fac apt pentru operația de extragere a informațiilor (datelor) conținute în semnalul primar util. Circuitul electronic destinat condiționării acestor semnale, nu trebuie să influențeze, sau trebuie să influențeze foarte controlat semnalul util prin atenuare sau distorsiune, să elimine într-o măsură cât mai mare zgomotele care se suprapun peste semnalul util, păstrând în același timp banda de frecvență necesară a biosemnalului. Amplificarea și în special preamplificarea reprezintă conținutul principal și cel mai delicat al condiționării, care aduce semnalul util la un nivel de putere compatibil cu acționarea următoarelor etaje de condiționare. Măsurările biosemnalelor necesită amplificarea unor semnale de nivel foarte redus, peste care se suprapun zgomote (artefacte) produse de interfețele electrod-țesut (diferențele dintre interfețe, instabilitatea lor în timp, mișcările pacientului, etc.), semnalele electrofiziologice perturbatoare generate de alte organe decât cel studiat, alte perturbații datorate câmpurilor electromagnetice din mediu (zgomote induse de rețeaua de curent alternativ de 50Hz, motoare, relee, contactoare electromagnetice, telefoane mobile, stații de radiorelee, etc.), cât și zgomotul intern generat de dispozitivele electronice utilizate (mici fluctuații de tensiune sau curent, ca urmare a deplasărilor probabilistice ale unor cantități discrete de sarcini electrice).

Limitările metodelor de explorare ale acestor biosemnale, deci posibilitatea de extragere a cât mai multe informații din semnale, depind de calitatea metodelor și a soluțiilor utilizate în circuitul de măsurare a biosemnalelor. Structura circuitului de măsurare este formată din 6 module funcționale:

1. Electrozii folosiți pentru detectarea biosemnalelor: trebuie să satisfacă trei criterii principale de calitate: tensiunea de polarizare între metal și piele cât mai redusă, impedanța de contact cât mai redusă și mai stabilă, de asemenea, fluctuația în timp a polarizării electrodului să fie cât mai redusă.
2. Condiționarea analogică a biosemnalului: se realizează printr-un lanț de amplificare și filtrare analogică, care are ca efect aducerea semnalului la parametri (amplitudine, frecvență) optimi ai convertorului analog-digital, respectiv reducerea zgomotelor și compensarea erorilor introduse de electrozi. Lanțul analogic clasic se compune din preamplificator diferențial, filtre trece sus, etaje de amplificare și filtre trece jos. Criteriile de calitate ale preamplificatorului sunt: impedanță de intrare și factor de rejecție de mod comun CMRR cât mai mari; respectiv decalajul de tensiune (offset) și fluctuațiile de curent (drift) cât mai mici. De la următoarele etaje de amplificare se așteaptă factor de amplificare mare, respectiv distorsiuni de fază și de amplitudine cât mai mici și dacă este cazul izolarea galvanică a pacientului de restul echipamentului. Filtrele analogice trebuie să limiteze banda de frecvență a semnalului, în vederea conversiei analog-digitale, respectiv pentru eliminarea zgomotelor, interferențelor și a semnalelor parazite.
3. Condiționarea digitală a biosemnalului: se realizează în primă fază prin convertorul analog-digital, care transformă semnalul analogic continuu, în semnal discret digitizat în timp și

Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale

valoare. Transformările aplicate sunt: eşantionarea (discretizare în timp), cuantificarea (discretizare în amplitudine), respectiv digitizarea (codare binară) a semnalului. Cele două criterii de calitate importante sunt: frecvenţa de eşantionare, care trebuie să fie cât mai mare pentru a micşora eroarea de cuantificare (de rotunjire) şi rezoluţia binară, care de asemenea trebuie să fie cât mai mare pentru a micşora eroarea de digitizare (de trunchiere), respectiv pentru a micşora valoarea amplificării lanţului analogic. La ora actuală un singur tip de convertor analog-digital poate să asigure o rezoluţie comparabil de mare cu cea cerută de un sistem modern de biomăsurare: cele care se bazează pe principiul de modulare sigm-delta, supraeşantionarea semnalelor şi utilizarea filtrelor digitale trece jos cu decimare. Supraeşantionarea puternică a semnalului va dispersa zgomotul pe un domeniu larg de frecvenţe, în interiorul căruia puterea de zgomot este distribuită în special la frecvenţe înalte, iar puterea de zgomot în banda utilă a semnalului va fi considerabil micşorată.

4. Procesorul numeric: execută o preprocesare a semnalelor digitale obţinute, înainte de transmiterea lor la un modul central de analiză, prelucrare, stocare, interpretare şi utilizare globală a datelor. Funcţiile de bază executate la acest nivel sunt: separarea semnalului util de zgomot prin filtrare digitală; extragerea informaţiei utile prin analiza spectrală şi prelucrări matematice ale formelor de undă; respectiv comprimarea datelor pentru stocarea economică şi reducerea timpilor de transmisie a informaţiei. De asemenea, modulul procesor are rolul de a coordona funcţionarea întregului lanţ de achiziţie de semnale. Criteriul cel mai important de calitate al procesorului numeric este executarea sarcinilor în timp real.

5. Datele preprocesate trebuie să ajungă la destinaţie folosind un canal de comunicaţie adecvat, utilizând un protocol eficient de comunicaţie de date. Datele trebuie transmise în timp real, pentru a permite sistemului de prelucrare şi interpretare a datelor achiziţionate, să intervină on-line pentru avertizare, acţionare, alarmare, etc. În condiţiile unui echipament mobil de măsurare, canalul de comunicaţie trebuie să fie fără fir.

În afara raportului semnal/zgomot ridicat, un alt factor influenţează negativ procesul de măsurare: zgomotul de cuantizare al convertorului analog numeric. Pentru a menţine acest parametru între limite acceptabile, trebuie asigurată o amplificare de tensiune mare pentru canalul de condiţionare, de ordinul $10^4 - 10^6$. În condiţiile în care variază parametrii semnalului de intrare, sau puterea zgomotului suprapus semnalului, plaja de variaţie a semnalului la ieşirea amplificatorului, sau chiar plaja de comparaţie a convertorului nu va fi suficient de mare pentru acoperirea dinamică a variaţiei semnalului de intrare. Deviaţia prea mare a semnalului de intrare faţă de valorile uzuale, va satura canalul de condiţionare, obţinând astfel date eronate la ieşirea unui convertor analog-digital de rezoluţie medie (12-16 biţi). Pentru a evita astfel de situaţii, trebuie intervenită în bucla de măsurare, în cel puţin trei locuri, în vederea corectării parametrilor canalului de condiţionare. Astfel, din cauza variaţiei impedanţei de măsurare, a semnalului de intrare de mod comun, a variaţiei tensiunii şi a curentului de ofset de la intrare, este necesară calibrarea dinamică a tensiunii de referinţă între două măsurători, în caz contrar canalul de amplificare se poate uşor satura. Procesul de calibrare se realizează printr-o rutină firmware rulat în microcontrolerul încorporat al unităţii de control, şi cu ajutorul convertorului digital analogic din bucla de reglare. Din considerente similare, din cauza variaţiei amplitudinii semnalului diferenţial de la intrare, este necesară şi modificarea dinamică a amplificării canalului. Acest lucru se realizează prin reprogramarea factorului de amplificare al amplificatorului cu câştig programabil, pe baza caracteristicilor de transfer memorate în procesorul central şi comunicarea noi valori pentru amplificatorul programabil utilizând canalul serial de comunicaţie locală. În sfârşit, mai este necesară limitarea frecvenţelor superioare ale semnalelor care trec prin canalul de amplificare, în vederea

Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale

satisfacerii criteriilor Nyquist referitoare la frecvența de eșantionare a semnalelor analogice. În cazul utilizării unor convertoare analog numerice speciale, de rezoluție foarte mare, având o rezoluție de 22-24 biți, canalul de condiționare analogică a semnalului măsurat poate fi redus considerabil, singurul modul analogic care trebuie să rămână între electrodul de măsurare și canalul de condiționare digitală a semnalului fiind preamplificatorul instrumental de măsurare, în principal pentru adaptarea impedanței de intrare și simetrizarea intrărilor diferențiale.

Pe de altă parte, un algoritm de măsurare presupune executarea unei secvențe de operații: comutări, comparări, atenuări, conversii, etc. Dispozitivele de comandă fixe, care realizează secvențele prin stabilirea unor conexiuni galvanice între diferitele componente electrice și electronice – logică cablată - nu mai pot fi modificate în vederea obținerii altor funcțiuni, decât prin reproiectare integrală. Utilizarea microcontroloarelor a făcut posibilă înlocuirea acestui tip de logică fixă, dată de conexiunile prin trasee conductoare între componentele schemei, cu logică programată, realizată prin instrucțiuni de program. În acest fel devine posibilă modificarea comodă și rapidă a secvenței de lucru a unei structuri de circuite prin modificarea programului care comandă secvența respectivă, program rezident în memoria sistemului microprocesor.

Circuitul electric care se plasează pe suprafața corpului, în cazul măsurării biosemnalelor prin metode neinvazive, în funcție de structura electronică conținută, poate fi clasificată în una din următoarele categorii de circuite:

a.) Electrode pasiv de măsurare: electrod de măsurare biosemnale, care nu conține componente electronice, numai firul metalic de contact, prin care se conectează la un circuit electronic de condiționare aflat la o distanță oarecare de punctul de măsurare.

b.) Electrode activ de măsurare: electrod pentru măsurare biosemnale, care conține (încorporat în carcasa electrodului) o parte a circuitului electronic de condiționare a biosemnalului prelevat.

c.) Senzor inteligent de măsurare: electrod pentru măsurare biosemnale, care conține (încorporat în carcasa electrodului) pe lângă circuitului electronic de condiționare analogică și digitală a biosemnalului prelevat și o unitate centrală de procesare realizată cu un microcontrolor de mică sau medie complexitate, care conferă inteligență tehnică circuitului.

d.) Nod independent de măsurare: electrod pentru măsurare biosemnale, care conține (încorporat în carcasa electrodului) pe lângă circuitului electronic de condiționare analogică și digitală a biosemnalului prelevat, respectiv unitatea centrală de procesare realizată cu un microcontrolor de mică sau medie complexitate, care conferă inteligență tehnică circuitului, și un circuit de transmisie fără fir a datelor achiziționate, pe baza unui protocol propriu de comunicare încorporat în firmware.

e.) Modul inteligent de măsurare: nod independent de măsurare biosemnale, care (încorporat în carcasa electrodului) pe lângă circuitului electronic de condiționare analogică și digitală a biosemnalului prelevat; unitatea centrală de procesare realizată cu un microcontrolor de medie sau mare complexitate, care conferă inteligență tehnică circuitului; circuit și protocol de transmisie fără fir a datelor achiziționate, mai conține și un circuit și protocol de autotestare, autocalibrare și modificare a principalilor parametri tehnici (amplificare, banda de frecvență, poli de filtrare, frecvența de eșantionare, etc.)

f.) Echipament de măsurare: modul inteligent complex de măsurare biosemnale, sau rețea de senzori inteligenți, noduri independente, sau module inteligente de măsurare biosemnale.

Circuitul pentru măsurarea biosemnalelor conform invenției se încadrează în categoria c.), senzor inteligent de măsurare.

Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale

Se cunosc mai multe tipuri de echipamente pentru măsurarea biosemnalelor prin metode neinvazive [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Acestea diferă între ele în modul de prelevare și condiționare a semnalului analogic, rejectia perturbațiilor exterioare, compensarea decalajelor, adaptarea impedanțelor de intrare și tratarea componentei continue a semnalului amplificat. Aceste soluții prezintă dezavantajul unei sensibilități mai mari la zgomotele externe, la semnale de mod comun puternice (de exemplu rețeaua electrică de alimentare de 50Hz), pot să introducă o nesimetrie în etajul de amplificare diferențială, o nesimetrie a impedanțelor sau o nesimetrie a amplificării pe canalele diferențiale. Amplificarea maximă posibilă este limitată de valoarea maximă a tensiunii de decalaj a electrozilor de prelevare biosemnale, care poate satura ieșirea amplificatorului. Același fenomen poate provoca și prezența componentei continue în biosemnalul măsurat.

Problemele pe care le rezolva invenția constau în: rejectia puternică a perturbațiilor rețelei de alimentare și a semnalelor perturbatoare de mod comun; eliminarea cablurilor de legătură cu impedanță mare sensibile la perturbații; corectarea saturației amplificatorului pentru artefacte de tensiune la intrare; reducerea zgomotului introdus de canalul analogic; reducerea zgomotului de cuantizare; menținerea impedanței de intrare ridicate și simetrice a amplificatorului de biosemnale; adaptarea amplificării de tensiune la valoarea biosemnalului prelevat.

Senzorul inteligent pentru măsurări biosemnale, conform invenției este alcătuit din 11 module funcționale principale: biosemnalul prelevat este trecut printr-un filtru trece sus, după care se aplică unui amplificator instrumental diferențial, ieșirea căruia este trecut printr-un filtru trece jos urmat de un filtru trece sus, după care se aplică la intrarea pozitivă a unui alt amplificator de instrumentație diferențial, la intrarea negativă a amplificatorului fiind conectată tensiunea de referință furnizată de un generator de tensiune de referință, semnalul de ieșire al acestui amplificator se trece printr-un filtru trece jos, și se aplică la intrarea unui amplificator cu câștig programabil, a cărui ieșire este conectată la intrarea unui convertor analog-digital de tip Sigma-Delta, datele obținute la ieșirea convertorului sunt transmise la unitatea centrală de procesare printr-un canal de transmisie serială de date pe două fire, prin care se realizează și programarea amplificatorului cu câștig programabil, modulul tensiune de referință, controlat de unitatea centrală, generează potențialul de referință canalului analogic de condiționare a biosemnalului măsurat. Unitatea centrală de procesare comunică serial cu modulul ierarhic superior, pentru transmiterea datelor preprocesate și vehicularea semnalelor de comandă, control și de sincronizare.

Senzorul inteligent pentru măsurări biosemnale, conform invenției, prezintă următoarele avantaje:

- obținerea unui factor de rejectie a semnalului de mod comun deosebit de mare
- obținerea unei impedanțe de intrare ridicate și simetrice
- posibilitatea de calibrare a offsetului tensiunii de intrare și a câștigului de tensiune
- rejectie ridicată a perturbațiilor tensiunii de rețea (50Hz)
- precizie mare de amplificare și stabilitate în timp
- posibilitatea utilizării echipamentului în diferite aplicații care necesită diferite valori ale amplificării în tensiune, prin schimbarea valorii a unui număr redus de componente pasive
- interfațare ușoară cu restul echipamentului digital de măsurare

Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale

- miniaturizare și portabilitate ridicată
- reducerea dimensiunilor fizice ale echipamentului de măsurare
- posibilitatea integrării echipamentului în sisteme mobile de măsurare
- posibilitatea utilizării echipamentului în sistemele dedicate interfețelor creier-calculator (BCI)

Se dă în continuare un exemplu de realizare a invenției, în legătură și cu figurile 1, 2 și 3, care reprezintă:

- fig.1, schema bloc a senzorului inteligent pentru măsurări biosemnale
- fig.2, schema electronică detaliată a unui senzor inteligent pentru măsurări biosemnale, conform invenției
- fig.3, desenul de execuție cu dimensiuni al circuitului imprimat al circuitului din figura 2.

Senzorul inteligent pentru măsurări biosemnale, conform invenției este alcătuit din 11 module funcționale principale. Biosemnalul prelevat cu electrozii de măsurare EA (electrod activ) și ER (electrod de referință) și trecut prin filtrul de frecvență trece sus (1), se aplică intrărilor diferențiale ale amplificatorului instrumental AI1 (2), ieșirea căruia este trecut printr-un filtru pasiv de frecvență trece jos (3) și un filtru pasiv de frecvență trece sus (4), după care se aplică la intrarea pozitivă a unui alt amplificator de instrumentație diferențial AI2 (5), la intrarea negativă a amplificatorului fiind conectată tensiunea de referință de la ieșirea modului generator (11). Semnalul de ieșire al acestui amplificator se trece printr-un filtru de frecvență trece jos (6), și se aplică la intrarea unui amplificator cu câștig programabil ACP (7), a cărui ieșire este conectată la intrarea unui convertor analog-digital de tip Sigma-Delta (8). Datele obținute la ieșirea convertorului sunt transmise la unitatea centrală de procesare UCP realizată cu microcontrolor (10), prin canalul de transmisie serială de date (9) pe două fire, - linia de date D și semnalul de ceas C - prin care se realizează și programarea amplificatorului ACP (7). Modulul tensiune de referință (11), controlat de unitatea centrală (10), generează potențialul de referință canalului analogic de condiționare a biosemnalului măsurat. Unitatea centrală de procesare UCP (7) comunică serial cu modulul ierarhic superior, pentru transmiterea datelor preprocesate și vehicularea semnalelor de comandă, control și de sincronizare.

Referințe:

- [1] Brevet WIPO: WO 2005/094674 - 13.10.2005
- [2] Brevet WIPO: WO 93/24993 - 09.12.1993
- [3] Brevet USA: US Patent 5206602/27.04.1993
- [4] Brevet WIPO: WO 97/37590 -16.10.1997
- [5] Brevet USA: US Patent 8467866/18.06.2013
- [6] Brevet USA: US Patent 5275172/04.01.1994
- [7] Brevet OSIM: RO126828/30.11.2011
- [8] Brevet OSIM: RO126178/29.04.2011

Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale

Revendicări:

1. Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale caracterizat prin aceea că utilizează un preamplificator diferențial de intrare, realizat cu un filtru trece sus (1) și un amplificator instrumental (2), semnalul de la ieșirea preamplificatorului se trece printr-un filtru trece jos (3), și un filtru trece sus (4), după care se aplică la o intrare a unui alt amplificator instrumental diferențial (5), la cealaltă intrare fiind aplicată semnalul furnizat de generatorul de tensiune de referință (11).
2. Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale conform revendicării 1, caracterizat prin aceea că nivelul de referință al canalului analogic de condiționare a biosemnalului măsurat este stabilit cu ajutorul unui generator de tensiune de referință (11), controlat de microcontrolorul unității centrale de procesare (10).
3. Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale conform revendicărilor 1 și 2, caracterizat prin aceea că ieșirea amplificatorului instrumental (5) se aplică printr-un filtru trece sus (5) la intrarea unui amplificator cu câștig programabil (7), ieșirea căruia se aplică la intrarea unui convertor analog-digital de tip Sigma-Delta (8).
4. Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale conform revendicărilor 1, 2 și 3, caracterizat prin aceea că se folosește un canal serial de transmisie de date (9) pe două fire, - linia de date D și semnalul de ceas C - pentru transmiterea la unitatea centrală de procesare (10) a datelor obținute la ieșirea convertorului analog-digital (8), respectiv pentru a programa câștigul amplificatorului (7).
5. Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale conform revendicărilor 1, 2, 3, și 4, caracterizat prin aceea că se folosește un microcontrolor (10) pentru preprocesarea datelor obținute la ieșirea convertorului analog-digital (8), pentru comanda și controlul modulelor funcționale ale senzorului, respectiv pentru a comunica pe canal de comunicație serial, cu modulul ierarhic superior, pentru transmiterea datelor preprocesate și vehicularea semnalelor de comandă, control și de sincronizare.

Senzor inteligent pentru măsurați biosemnale

Desene:




Fig.1 Schema bloc a senzorului inteligent pentru măsurați biosemnale




Fig.2 Schema electronică detaliată a unui senzor inteligent pentru măsurați biosemnale, conform invenției

Senzor inteligent pentru măsurări biosemnale




Fig.3 Desenul de execuție cu dimensiuni al circuitului imprimat al circuitului din figura 2.