



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2023-0102308
(43) 공개일자 2023년07월07일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)
A61B 5/00 (2021.01) A61B 5/11 (2006.01)
(52) CPC특허분류
A61B 5/4082 (2013.01)
A61B 5/112 (2013.01)
(21) 출원번호 10-2021-0192332
(22) 출원일자 2021년12월30일
심사청구일자 2021년12월30일

(71) 출원인
인하대학교 산학협력단
인천광역시 미추홀구 인하로 100(용현동, 인하대 학교)
(72) 발명자
강성우
경기도 성남시 분당구 정자일로 248, 611동 3103호 (정자동, 파크뷰)
(74) 대리인
김수호


전체 청구항 수 : 총 11 항

(54) 발명의 명칭 보행데이터 기반 근감소증 최적화 판별 시스템 및 방법

(57) 요약

본 발명은 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템 및 방법에 관한 발명으로 구체적으로 촬영부와 서버를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 중증단계 판별 시스템 및 방법에 관한 발명으로, 본 발명의 일 실시예는 근감소증 환자들의 무릎을 벌리고 걷는 특징을 이용하여 연산된 5가지의 검출요소를 이용하여 근감소증 환자의 중증단계를 더욱 정확하게 판별할 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A61B 5/1128 (2013.01)

A61B 5/4519 (2021.01)

명세서

청구범위

청구항 1

보행자가 전방을 향해 보행할 때, 보행자의 측면을 촬영하는 촬영부; 및

상기 촬영부에서 촬영된 사진 데이터를 전달받아 중증단계를 판별하는 서버;

상기 서버는 촬영된 사진 데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하는 추출부;

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i}$$

Subject_i's Pelvis Length_{t=0}

를 기준으로 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하고,

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}$$

Subject_i's Pelvis Length_{t=0}

에 기준으로 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 연산부;

및

상기 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이 및 상기 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를로부터 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 판별부;를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템

청구항 2

제1항에 있어서,

상기 연산부는,

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, Subject_i's Leg Length_{t=0}를 기준으로 보행속도/다리길이를 연산하고, 상기 판별부는 상기 보행속도/다리길이를로부터 보행자의 근감소증 상태 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템

청구항 3

제2항에 있어서,

상기 연산부는,

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_X - AnkleL_X|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |FootR_X - AnkleR_X|_t}{T_i}}{2}$$

Subject_i's Foot Length_{t=0}

상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이를 연산하고, 상기 판별부는 상기 측면에서 바라본 보행중인 보행자의 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이를로부터 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템

청구항 4

제3항에 있어서,

상기 연산부는,

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeL|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeR|_t}{2}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, 에 기준으로 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균을 연산하고, 상기 판별부는 상기 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균으로부터 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위

내에 포함되는지 판별하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템

청구항 5

상기 판별부는,

상기 연산부에서 연산된 상기 보행속도/다리길이, 상기 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이, 상기 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이, 상기 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이 및 상기 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균의 값인 근감소 판별 데이터를 이용하여 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하고, 상기 서버는 상기 근감소 판별 데이터를 딥러닝 하는 학습부;를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템

청구항 6

보행자가 전방을 향해 보행할 때, 보행자의 측면을 촬영하는 제1단계; 촬영된 사진데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하고, 상기 스켈레톤 데이터로부터 상기 근감소 판별 데이터로 연산하는 제2단계; 및 딥러닝된 상기 근감소 판별데이터에 기초하여 기 설정된 기준보다 높은 지 판별하여 보행자의 근감소증을 판별하는 제3단계; 를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법

청구항 7

제6항에 있어서,

상기 제2단계는,

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i} \\ \text{Subject's Pelvis Length}_{t=0}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 단계를 포함하고,

상기 제 3단계는 상기 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법

청구항 8

제7항에 있어서,

상기 제2단계는,

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i} \\ \text{Subject's Pelvis Length}_{t=0}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3단계는 상기 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법

청구항 9

제8항에 있어서,

상기 제2단계는,

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i} \\ \text{Subject's Leg Length}_{t=0}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행속도/다리길이를 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 4단계는 상기 보행속도/다리길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법

청구항 10

제9항에 있어서,

상기 제2단계는,

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootLX - AnkleLX|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |FootRX - AnkleRX|_t}{T_i}}{2}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, $Subject_i's\ Foot\ Length_{t=0}$ 를 기준으로 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발 길이를 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3단계는 상기 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발 길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법

청구항 11

제10항에 있어서,

상기 제2단계는,

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeL|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeR|_t}{T_i}}{2}$$

상기 스켈레톤 데이터로부터, 2 를 기준으로 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균을 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 3단계는 상기 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균으로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법

발명의 설명

기술 분야

[0001] 본 발명은 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템 및 방법에 관한 발명으로 구체적으로 촬영부와 서버를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템 및 방법에 관한 발명이다.

배경 기술

[0002] 척수신경, 운동신경 또는 골격근 섬유의 퇴행에 의해 유발되는 근감소증은 아직까지 발병원인이 규명되지 않은 대표적인 난치성 질환의 하나로, 근육 섬유의 수 및 단면적의 감소로 인한 골격근의 근육량 감소로 정의된다. 근감소증의 근본적인 발병원인이 아직 규명되지 않았고, 운동신경이나 골격근의 퇴행을 방지하거나 또는 회복시킬 수 있는 방법이 개발되지 않고 있기 때문에, 현재로서는 상기 근감소증의 진행을 둔화시키는 방법을 개발하기 위한 연구가 활발히 진행되고 있다.

[0003] 현재 상기 근감소증의 치료 방법으로는 주로 근감소증의 일종인 근육세포의 퇴행 또는 진행성 변이에 의해 유발되는 근위축증을 억제하는 방법이 사용되고 있다. 예를 들어, W02007/088123에는 니트록시 유도체를 유효성분으로 포함하는 근위축증 치료제가 개시되어 있고, W0 2006/081997에는 아트라릭산 또는 그의 유도체를 유효성분으로 포함하는 근위축증 치료제가 개시되어 있다. 그러나, 화합물을 유효성분으로 포함하는 이들 치료제는 근위축증이 발병된 골격근뿐만 아니라, 근위축증과 관련되지 않은 내장근 또는 심근에도 작용하기 때문에, 크고 작은 다양한 부작용이 유발될 수 있어, 실질적인 치료에 사용되지 못하고 있다.

[0004] 한편, 근위축증(muscular atrophy)은 사지의 근육이 거의 좌위대칭적으로 점점 위축되어 가는 질환으로, 기계적 자극의 부재, 기아 및 암 등의 다양한 원인으로 발생된다. 근위축증은 근육을 사용하지 않음으로써 발생하는 근육 조직의 손실 또는 근육 자체의 병 또는 근육을 지배하는 신경의 손상으로 정의할 수 있다. 일반적으로는 근육을 사용하지 않음으로써 심각한 근육 강도 손실이 발생해 점차 근위축증으로 진행하게 되는 경우가 있으며, 이에 더해 중력이 없는 곳에서 생활하는 사람의 경우 또한 칼슘과 근육 강도의 감소에 의해 근력이 저하되는 증상을 보이는 경우가 있다. 근육 자체의 병으로 인한 근위축증은 중증 근무력증(myasthenia gravis), 근이영양증(dystrophy) : 진행성근이영양증, 근긴장성근이영양증, 듀센형, 베커형, 지대형, 안면건갑상완형과 근육 자체에 발생하는 염증 등이 있고, 근육을 지배하는 신경의 손상으로 인한 근위축증은 척수성 근위축증(spinal muscular amyotrophy) : 베라드니히-호프만형, 쿠겔베르그-벨란더병, 근위축증성 측삭경화증(amyotrophic lateral sclerosis, ALS) : 루게릭병, 척수구 근위축증(spino-bulbar muscular atrophy) : 케네디병 등이 있다. 예컨대, 비록 운동 또는 다른 대응책들이 계속적으로 가해진다고 해도 우주비행 또는 장애조건들과 같이 불가피하게 근

육 퇴화가 진행된다.

[0005] 근위축증은 크레아틴 키나아제(Creatine kinase: CK), 근전도검사, 근육생검, 분자생물학적 유전자검사, 세포유전학적 검사 등을 통해 진단이 이루어지며, 현재까지의 근위축증에 대한 주된 치료방법은 물리치료와, 합병증 및 기형, 기능 장애 예방을 위한 작업치료, 호흡치료의 병행, 그리고 추가적으로 대증요법(symptomatic treatment)과 지지요법(supportive therapy)을 시도하는 것이 유일한 대응방법이다. 따라서, 장애 조건을 극복할 수 있는 다른 대응책에 대한 연구가 요구되고 있으며, 구체적으로 근감소증을 비대면으로 진단할 수 있는 방법에 대한 수요가 증가하고 있다.

[0006] 한편 전술한 배경기술은 발명자가 본 발명의 도출을 위해 보유하고 있었거나, 본 발명의 도출 과정에서 습득한 기술 정보로서, 반드시 본 발명의 출원 전에 일반 공중에게 공개된 공지기술이라 할 수는 없다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 발명의 일실시예는 보행데이터 기반 근 감소증 판별 시스템 및 방법을 제공하는 데에 목적이 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 전술한 목적을 해결하기 위해서 본 발명의 일실시예는 보행자가 전방을 향해 보행할 때, 보행자의 측면을 촬영하는 촬영부 및 상기 촬영부에서 촬영된 사진 데이터를 전달받아 중증단계를 판별하는 서버, 상기 서버는 촬영

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i}$$

$$Subject's Pelvis Length_{t=0}$$

된 사진 데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하는 추출부,

를 기준으로 보행

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}$$

$$Subject's Pelvis Length_{t=0}$$

자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하고,

에 기준으로 보행자의

각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 연산부 및 상기 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이 및 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길로부터 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 판별부를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템을 포함할 수 있다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

$$Subject's Leg Length_{t=0}$$

[0009] 또한, 상기 연산부는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행속도/다리길이를 연산하고, 상기 판별부는 상기 보행속도/다리길로부터 보행자의 근감소증 상태 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템을 포함할 수 있다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_x - AnkleL_x|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |FootR_x - AnkleR_x|_t}{T_i}$$

$$Subject's Foot Length_{t=0}$$

[0010] 또한, 상기 연산부는 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이를 연산하고, 상기 판별부는 상기 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길로부터 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템을 포함할 수 있다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeL|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeR|_t}{T_i}$$

$$2$$

[0011] 또한, 상기 연산부는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 에 기준으로 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균을 연산하고, 상기 판별부는 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균으로부터 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템을 포함할 수 있다.

[0012] 또한, 상기 판별부는 상기 연산부에서 연산된 상기 보행속도/다리길이, 상기 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이

의 평균편차/골반길이, 상기 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이, 상기 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이 및 상기 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균의 값인 근감소 판별 데이터를 이용하여 보행자의 근감소증 상태가 기 설정된 범위내에 포함되는지 판별하고, 상기 서버는 상기 근감소 판별 데이터를 딥러닝 하는 학습부를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템을 포함할 수 있다.

- [0013] 또한, 근감소 판별 데이터를 딥러닝하는 단계, 보행자가 전방을 향해 보행할 때, 보행자의 측면을 촬영하는 단계, 촬영된 사진데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하고, 상기 스켈레톤 데이터로부터 상기 근감소 판별 데이터로 연산하는 단계 및 딥러닝 된 상기 근감소 판별데이터에 기초하여 기 설정된 기준보다 높은 지 판별하여 보행자의 근감소증을 판별하는 단계를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법을 포함할 수 있다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i}}{Subject's Pelvis Length_{t=0}}$$

- [0014] 또한, 상기 제3단계는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 단계를 포함하고, 상기 제 4단계는 상기 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법을 포함할 수 있다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}}{Subject's Pelvis Length_{t=0}}$$

- [0015] 또한, 상기 제3단계는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 단계를 더 포함하고, 제 4단계는 상기 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법을 포함할 수 있다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}}{Subject's Leg Length_{t=0}}$$

- [0016] 또한, 상기 제3단계는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행속도/다리길이를 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 4단계는 상기 보행속도/다리길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법을 포함할 수 있다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_x - AnkleL_x|_t}{T_i} + \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootR_x - AnkleR_x|_t}{T_i}}{2}$$

- [0017] 또한, 상기 제3단계는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발 길이를 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 4단계는 상기 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발 길이로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법을 포함할 수 있다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeL|_t}{T_i} + \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta AngleKneeR|_t}{T_i}}{2}$$

- [0018] 또한, 상기 제3단계는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균을 연산하는 단계를 더 포함하고, 상기 제 4단계는 상기 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균으로부터 기 설정된 기준내에 포함되는지 판별하는 단계를 더 포함하는 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법을 포함할 수 있다.

발명의 효과

- [0019] 본 발명의 일실시예는 근감소증 환자의 보행 중인 모습만으로 근감소증 환자들을 판별할 수 있다.
- [0020] 또한, 본 발명의 일실시예는 보행자의 각 무릎의 z좌표의 평균편차/골반길이와 보행자의 각 발목의 z좌표의 평균편차/골반길이를 이용하여 근감소증 환자의 근감소증 중증단계를 판별할 수 있다.
- [0021] 또한, 본 발명의 일실시예는 보행속도/다리길이를 이용하여 근감소증 환자의 근감소증 중증단계를 판별할 수 있다.

- [0022] 또한, 본 발명의 일실시예는 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이를 이용하여 근감소증 환자의 근감소증 중증단계를 판별할 수 있다.
- [0023] 또한, 본 발명의 일실시예는 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균을 이용하여 근감소증 환자의 근감소증 중증단계를 판별할 수 있다.
- [0024] 또한, 본 발명의 일실시예는 5가지의 검출요소를 이용하여 보다 근감소증 환자를 더욱 정확하게 판별할 수 있다는 효과가 있다.
- [0025] 또한, 근감소증 환자를 판별하여, 판별된 내용을 환자뿐만 아니라 의료진에게도 전송하여, 근감소증 환자의 상태를 빠르게 확인하여 신속한 치료가 가능하다.
- [0026] 본 발명에서 얻을 수 있는 효과는 이상에서 언급한 효과들로 제한되지 않으며, 언급하지 않은 또 다른 효과들은 아래의 기재로부터 본 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자에게 명확하게 이해될 수 있을 것이다.

도면의 간단한 설명

- [0027] 도 1은 근감소증이 발생하는 메커니즘에 대한 개략적인 도면이다.
- 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템에 기초하여 전방을 향해 걷고 있는 보행자를 측면에서 촬영하는 상황을 도시한 개념도이다.
- 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템의 구성을 구체적으로 도시한 도면이다.
- 도 4는 본 발명의 일실시예에 따른 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법에 대한 순서도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

- [0028] 아래에서는 첨부한 도면을 참조하여 본 발명이 속하는 기술 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있도록 본 발명의 실시 예를 상세히 설명한다. 그러나 본 발명은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 여기에서 설명하는 실시 예에 한정되지 않는다. 그리고 도면에서 본 발명을 명확하게 설명하기 위해서 설명과 관계없는 부분은 생략하였으며, 명세서 전체를 통하여 유사한 부분에 대해서는 유사한 도면 부호를 붙였다.
- [0029] 명세서 전체에서, 어떤 부분이 다른 부분과 “연결”되어 있다고 할 때, 이는 “직접적으로 연결”되어 있는 경우뿐만 아니라 그 중간에 다른 소자를 두고 “전기적으로 연결”되어 있는 경우도 포함한다. 또한, 어떤 부분이 어떤 구성요소를 “포함”한다고 할 때, 이는 특별히 반대되는 기재가 없는 한 다른 구성요소를 제외하는 것이 아니라 다른 구성요소를 더 포함할 수 있는 것을 의미한다.
- [0030] 본 발명에서 사용되는 카메라는 카메라 내부에 ToF(Time of Flight; 비행시간) 모듈이 포함할 수 있다. 카메라가 촬영을 하면 상기 ToF(Time of Flight) 모듈은 피사체를 향해 빛을 발사해, 발사한 빛이 피사체에 부딪힌 후 반사되어 돌아오는 시간을 거리로 계산할 수 있다.
- [0031] 본 발명에서 사진데이터란 본 발명에서 사용되는 카메라를 이용하여 촬영된 보행자가 보행중인 영상의 프레임 단위의 장면을 뜻한다. 촬영된 사진데이터에서 보행자의 뼈대의 각 지점을 하나의 포인트로 지정하여 총 31개의 특성을 추출한 것이 스켈레톤 데이터이다. 추출된 스켈레톤 데이터가 포함하고 있는 31개의 특성에는 코, 양쪽 눈, 양쪽 귀, 머리, 목, 팔꿈치, 팔목, 가슴, 허리, 골반, 엉덩이, 무릎, 발 등이 포함되어 있으며, 본 발명의 일실시예는 골반, 양쪽 엉덩이, 양쪽 무릎, 양쪽 발목, 양쪽 발의 지점을 포함한 9개의 특성만 사용된다.
- [0032] 이하에서는 도 1은 근감소증이 발생하는 메커니즘에 대한 개략적인 도면이고, 도 2는 본 발명의 일실시예에 따른 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템에 기초하여 전방을 향해 걷고 있는 보행자를 측면에서 촬영하는 상황을 도시한 개념도이며, 도 3은 본 발명의 일실시예에 따른 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템의 구성을 구체적으로 도시한 도면이다.
- [0033] 본 발명의 일 실시예인 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템은 정면으로 걷는 근감소증 환자의 측면으로 촬영하여 촬영된 데이터를 이용하여 근감소증 환자의 를 판별하는 시스템이다.
- [0034] 본 발명의 일 실시예인 보행데이터 기반 근감소증 판별 시스템은 촬영부(100), 서버(200), 단말(300)을 포함할 수 있다.

[0035] 촬영부(100)은 전방을 향해 보행자의 측면을 촬영하는 카메라를 포함할 수 있다. 서버(200)는 추출부(210), 연산부(220), 학습부(230) 및 판별부(240)를 포함할 수 있다. 단말(300)은 디스플레이부(310)을 포함할 수 있다. 디스플레이부(310)은 근감소증 환자(p)의 정보를 화면에 표시하는 디스플레이 패널(display panel)등을 포함할 수 있다. 다만, 이에 한정되지 않고 디스플레이부(310)은 정보의 출력을 지원하는 다양한 구성을 포함할 수 있다. 또한, 촬영부(100), 서버(200), 단말(300)은 DMR과 WiFi, 저에너지블루투스(BLE), 블루투스(Bluetooth), 3G(3rd Generation), 3GPP(3rdGeneration Partnership Project), LTE(Long Term Evolution), LTE-A, 4G(4th Generation), 5G(5th Generation) 중 적어도 하나의 통신 모듈을 통해 외부장치와 무선 통신할 수 있다.

[0036] 추출부(210)는 촬영부(100)에서 촬영된 사진 데이터에서 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출할 수 있다. 연산부(220)는 추출부에서 추출한 보행자의 스켈레톤 데이터에 기초하여 근감소증 환자를 판별하기 위해 사용될 검출요소 5가지를 연산할 수 있다. 이하, 연산된 5가지의 검출요소는 근감소 판별 데이터라 한다. 검출요소 5가지에 대해서는 후술하기로 한다. 학습부(230)는 상기 연산부(230)에서 근감소 판별 데이터로부터 딥러닝을 할 수 있고, 판별부(240)는 딥러닝된 근감소 판별 데이터를 바탕으로 기 설정된 기준을 통해 보행자의 근감소증을 판별할 수 있다. 본 발명의 일 실시예에 따르면, 보행자(p)는 전방을 향해(x축) 보행을 하면, 보행자의 측면을 카메라(c)를 이용하여 촬영할 수 있다.

[0037] 구체적으로, 근감소증 환자(p)가 기 설정된 거리를 정면을 향해 보행을 하면, 근감소증 환자(p)의 측면에 위치한 카메라(c)가 근감소증 환자의 보행을 촬영한다. 이 촬영된 사진데이터 중에서 근감소증 환자(p)의 연산에 사용될 하반신의 스켈레톤 데이터만 추출한다. 추출된 스켈레톤 데이터를 이용하여 서버(200)에서 후술할 근감소 판별 데이터를 연산한다. 근감소 판별데이터를 연산하는 과정은 후술하기로 한다. 연산된 근감소 판별 데이터는 학습부(230)에서 또 다른 근감소증 환자들의 근감소 판별데이터와 함께 딥러닝이 된다. 딥러닝된 근감소 판별데이터는 판별부(240)에서 기 설정된 기준보다 높은 지 판별하고 근감소증 환자(p)의 근감소증 를 판별한다. 판별된 근감소증 환자(p)의 는 디스플레이부(310)을 통해 근감소증 환자(p)에게 보여지고, 근감소증 환자(p)뿐만 아니라 의료진한테도 전달될 수 있다.

[0038] 검출요소 1은 보행자의 각 무릎의 z 좌표의 차이의 평균편차/골반길이이다. 검출요소1을 연산하는 식은

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i} \quad \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i} \quad KneeL_z \quad KneeR_z$$

Subject's Pelvis Length_{t=0} 이다. 에서 는 왼쪽 무릎의 z좌표를, 는 오른쪽 무릎의 z좌표를 의미한다. 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다.

는 촬영되는 보행자(p)의 골반 길이이다. 보행자(p)의 골반길이를 보행중인 보행자(p)의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차를 나누는 이유는 촬영되는 보행자(p)마다 키가 커서 보행 속도의 차이가 나기도 하고, 골반이 넓은 것에 의해 기본적으로 무릎이 벌어지는 것에 차이가 나기 때문에 표준화하기 위해서이다. 또한, 상기 검출요소 1을 연산하는 식에서 보행자(p)의 각 무릎의 z좌표만 사용하는 이유는 x좌표는 보행자(p)가 전진하거나 후진하는 것으로 바뀌는 값으로 보행중인 무릎의 특징을 짓기에는 어렵다고 판단하여 포함되지 않았고, 각 무릎의 y좌표 또한 보행자(p)의 신체좌표가 위 아래로 움직일 때 변화하는 값이므로 x좌표와 마찬가지로 포함되지 않는다. 근감소증 환자의 보행에서 일반인의 보행과 다른 점은 무릎을 벌리고 걷는다는 특징이 있다. 무릎을 벌리고 걷는 특징을 이용하기 위해서 도2의 표시된 3차원 좌표계에서 z좌표를 이용해야 한다. 앞에서 서술했듯이, x좌표는 보행자가 앞 뒤로 걸을 때 바뀌는 값이며, y좌표는 보행자가 위 아래 움직일 때 변화하는 값이므로 z좌표가 카메라를 기준으로 하여금 가깝거나 먼 거리를 나타내는 값이 된다. 따라서 전면을 향해 보행하는 보행자를 측면에서 촬영하기 때문에 무릎의 벌어지는 값은 z좌표로 나타낼 수 있는 것이다. 따라서 보행자(p)의 각 무릎의 z좌표를 이용하는 것이다.

[0039] 검출요소2는 보행자의 각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이이다. 검출요소 2를 연산하는 식은

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i} \quad \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}$$

Subject's Pelvis Length_{t=0} 이다. 검출요소 1과 비슷하지만 다른 점은 검출요소 1은 보행자(p)의 무릎의 z좌표를 사용하는 식이고, 검출요소 2는 보행자(p)의 발목의 z 좌표를 사용한다. 상기 식의 에서

$AnkleL_z$ 는 왼쪽 발목의 z좌표를 의미한다. $AnkleR_z$ 는 오른쪽 발목의 z좌표를 의미한다. T_i 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다. 상기 식의 $Subject'_i's Pelvis Length_{t=0}$ 는 촬영되는 보행자(p)의 골반 길이이다. 검출

$$Subject'_i's Pelvis Length_{t=0} = \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}$$

요소 2를 연산하는 식에서 $Subject'_i's Pelvis Length_{t=0}$ 를 나누는 이유도 검출요소 1를 연산하는 식에서 보행중인 보행자(p)의 각 무릎의 z좌표의 평균편차를 보행자(p)의 골반 길이로 나누는 이유와 동일하게 촬영되는 보행자 마다 키가 커서 보행 속도의 차이가 나고, 골반이 넓은 것에 의해 기본적으로 무릎이 벌어져 양 발목 사이가 멀어지는 것에서 차이가 나기 때문에 표준화하기 위해서이다. 앞서 서술했듯이 근감소증 환자와 일반인과의 보행에서 다른 점으로는 무릎을 벌리고 걷는 특징이 있다. 따라서 무릎이 벌리고 걸어, 양 발목의 사이도 멀어진다. 보행자(p)의 양 발목 사이의 거리를 측정하기 위해서는 보행자(p)의 측면에서 촬영하는 카메라(c)를 기준으로 원근을 나타낼 수 있는 z좌표를 이용해야 한다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i} \quad \frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

[0040] 검출요소 3은 보행속도/다리길이이다. 검출요소 3을 연산하는 식은 $Subject'_i's Leg Length_{t=0}$ 이다. $Pelvis X_t$ 에

$Pelvis X_t$ 는 보행자(p)의 허리의 x 좌표를 의미하고, T_i 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다. 또한, $Subject'_i's Leg Length_{t=0}$ 는 보행자(p)의 다리 길이를 의미한다. 앞서 서술했듯이, x좌표는 보행자가 앞 뒤로 이동할 때 변화하는 값으로 보행자가 시작지점에서 끝지점까지 보행한 거리를 나타내는 좌표

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i} \quad \frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

가 되는 것이다. 따라서 검출요소 3을 연산하는 식에서 $Subject'_i's Leg Length_{t=0}$ 는 보행자가 촬영

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

중 보행한 총 거리를 보행한 시간으로 나눈것이므로 보행자가 보행한 속도를 의미한다. $Subject'_i's Leg Length_{t=0}$ 를

$Subject'_i's Leg Length_{t=0}$ 로 나누는 이유는 다리 길이에 따라서 보폭에 크기가 달라져 같은 거리를 걷더라도 속도가 달라지기 때문에 표준화하기 위해서이다.

[0041] 검출요소 4는 측면에서 바라본 보행중인 보행자 양 발의 평균 발길이/보행자의 발길이이다. 검출요소 4를 연산

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_X - AnkleL_X|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |FootR_X - AnkleR_X|_t}{T_i}}{2} \quad \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_X - AnkleL_X|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |FootR_X - AnkleR_X|_t}{T_i}$$

하는 식은 $Subject'_i's Foot Length_{t=0}$ 이다. 검출요소 4를 연산하는 식에서 $FootL_X$ 는 왼발의 x좌표

이고 $AnkleL_X$ 는 왼 발목의 x좌표를 의미한다. 또한, $FootR_X$ 는 오른발의 x좌표를 의미하고 $AnkleR_X$ 는 오른발

$$Subject'_i's Foot Length_{t=0}$$

목의 x좌표를 의미한다. 또한, 상기 검출요소 4를 연산하는 식에서 $Subject'_i's Foot Length_{t=0}$ 는 보행자의 발

T_i 길이를 의미하고, T_i 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다. 정상적인 일반인이 걸었을 때 측면에서 바라본 발길이는 본인의 발길리와 동일하지만 근감소증 환자는 무릎을 벌리고 걷기 때문에 발목이 밖을 향하여 걷는다 따라서 본인의 발길이보다 측면에서 바라본 발길이가 더 짧을 수 있다. 검출 요소 4를 구하는 식에

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_X - AnkleL_X|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |FootR_X - AnkleR_X|_t}{T_i}}{2}$$

서 $Subject'_i's Foot Length_{t=0}$ 는, 측면에서 바라본 양 발의 발길이를 구하여 2로 나눈 것이다. 구체

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_X - AnkleL_X|_t}{T_i}$$

적으로, 측면에서 바라본 왼발의 발길이는 로 연산 할 수 있다. 측면에서 바라본 보행중인

$$FootL_X) \quad AnkleL_X)$$

보행자의 왼발의 앞 지점(에서 왼발의 발목 지점(을 빼면 측면에서 바라본 왼발의 발길이가

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootR_X - AnkleR_X|_t}{T_i}$$

나온다. 또한, 측면에서 바라본 오른발의 발길이는 로 연산할 수 있다. 측면에서 바라본 보

$$FootR_X \quad AnkleR_X$$

행중인 보행자의 오른발의 앞 지점()에서 오른발의 발목 지점()을 빼면 측면에서 바라본 오른 발의 발길이가 나온다.

[0042] 검출요소 5는 보행중인 양 무릎의 굽힘 각 평균이다. 검출요소 5를 연산하는 식은

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta Angle_{KneeL}|_t + \sum_{t=0}^{T_i} |\Delta Angle_{KneeR}|_t}{T_i} \quad 2$$

$$\Delta Angle_{KneeL}$$

이다. 상기 검출요소 5를 연산하는 식에서 는 왼쪽 엉덩이, 왼 무릎, 왼 발목의 x좌표와 y좌표로 삼각형 세변의 길이를 계산 후 cos법칙을 이용하여 연산 한 왼 다리의 무릎의

$$\Delta Angle_{KneeR}$$

굽힘 각을 의미한다. 또한, 는 오른쪽 엉덩이, 오른 무릎, 오른 발목의 x좌표와 y좌표로 삼각형

$$T_i$$

세변의 길이를 계산 후 cos법칙을 이용하여 연산한 오른다리의 무릎의 굽힘 각을 의미한다. 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다.

[0043] 근감소증 환자들은 가 심해질수록 무릎을 더 많이 벌려 걷게 된다. 무릎을 더 많이 벌리면 벌릴수록, 발목도 더 많이 밖을 향하게 되고, 무릎도 많이 굽히게 된다. 보행속도도 많이 느려 진다. 앞서 설명한 검출요소 5가지는 이러한 특징들을 이용하여 근감소증 환자들의 중증단계를 판별하는 지표로 이용된다.

[0044] 한편, 본 발명의 일실시예에 따른 보행데이터 기반 근감소증 판별 방법은 보행자가 전방을 향해 보행할 때, 보행자의 측면을 촬영하는 제1단계(s200), 촬영된 사진데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하고, 상기 스켈레톤 데이터로부터 상기 근감소 판별데이터로 연산하는 제 2단계(s300), 딥러닝 된 상기 근감소 판별 데이터에 기초하여 기 설정된 기준보다 높은 지 판별하여 보행자의 근감소증 중증단계를 판별하는 제 3단계(s400)를 포함 할 수 있다.

[0045] 보행자가 전방을 향해 보행할 때, 보행자의 측면을 촬영하는 제1단계(s200)는 보행자가 기 설정된 거리를 보행 하면, ToF모듈을 포함하고 있는 카메라로 보행자의 측면을 촬영할 수 있는 단계이다.

[0046] 촬영된 사진데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하고, 상기 스켈레톤 데이터로부터 근감소 판별 데이터로 연산하는 제2단계(s300)는 촬영된 사진데이터 중 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하는 단계(s310)를 포함 할 수 있다. 또한, 촬영된 사진데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하고, 상기 스켈레톤 데이터로부터 근감소 판별 데이터로 연산하는 제2단계(s300)는 검출요소 1을 연산하는 단계(s321), 검출요소 2를 연산하는 단계(s322), 검출요소 3을 연산하는 단계(s323), 검출요소 4를 연산하는 단계(s324) 및 검출요소 5를 연산하는 단계(s325)를 포함 할 수 있다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |KneeL_z - KneeR_z|_t}{T_i} \quad Subject's Pelvis Length_{t=0}$$

[0047] 검출요소 1을 연산하는 단계(s321)는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행자

$$KneeL_z$$

의 각 무릎의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 단계이다. 검출요소 1을 연산하는 식에서

$$KneeR_z$$

$$Subject's Pelvis Length_{t=0}$$

는 왼 무릎의 z좌표를 의미하고 는 오른 무릎의 z좌표를 의미한다. 또한,

는 보행자의 골반길이를 의미한다. 보행자의 골반길이로 보행중인 보행자의 각 무릎의 z좌표의 차의 평균편차를 나누는 이유는 촬영되는 보행자마다 키가 커서 보행 속도의 차이가 나기도 하고, 골반이 넓은 것에 의해 기본적

으로 무릎이 벌어지는 것에 차이가 나기 때문에 표준화하기 위해서이다. 근감소증 환자는 무릎 및 허리 등의 통증으로 인하여 보행할 때, 무릎을 벌리고 걷는다. 일반인들은 보행할 때 무릎이 벌려 걷지 않기 때문에 보행하는 일반인의 양 무릎의 z좌표를 측정하여 검출요소 1을 연산하면 양 무릎의 차가 일정할 것이다. 하지만 근감소증 환자의 보행을 촬영하면 무릎을 계속 벌리고 걷고, 통증 때문에 걸음걸이가 일정하지 않는다. 따라서 보행중인 보행자의 무릎의 z좌표를 이용하여 연산된 검출요소1에서 보행자의 골반길이 대비 보행자의 무릎의 벌림 정도를 알 수 있다.

[0048]

후술할 본 발명의 보행자의 근감소증을 판별하는 제3단계(s400)는 검출요소 1을 연산하는 단계(s321)에서 연산된 검출요소 1을 이용하여 보행자의 근감소증을 판별할 수 있다. 일반인의 보행과는 다르게 근감소증 환자의 보행은 무릎을 벌리고 걷는 특징을 가지고 있다. 보행중인 보행자의 무릎의 z좌표를 이용하여 연산된 검출 요소 1은 골반길이 대비 무릎 사이의 벌림 정도를 내포하고 있다. 따라서, 검출요소 1에 내포되어 있는 골반길이 대비 무릎 사이의 벌림 정도를 가지고 보행자의 근감소증 중증단계(s400)에서 보행자의 근감소증 를 판별할 수 있는 것이다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}$$

[0049]

검출요소 2를 연산하는 단계(s322) 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행자의

$AnkleL_z$

각 발목의 z좌표의 차이의 평균편차/골반길이를 연산하는 단계이다. 검출요소 2를 연산하는 식에서 는

$AnkleR_z$

$Subject'_i's Pelvis Length_{t=0}$

왼 발목의 z좌표를 의미하고 는 오른 발목의 z좌표를 의미한다. 또한, 는

$$Subject'_i's Pelvis Length_{t=0} \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |AnkleL_z - AnkleR_z|_t}{T_i}$$

보행자의 골반길이를 의미한다. 로 를 나누는 이유도 검출요

소 1를 연산하는 식에서 보행중인 보행자의 각 무릎의 z좌표의 평균편차를 보행자의 골반 길이로 나누는 이유와 동일하게 촬영되는 보행자마다 키가 커서 보행 속도의 차이가 나고, 골반이 넓은 것에 의해 기본적으로 무릎이 벌어져 양 발목 사이가 멀어지는 것에서 차이가 나기 때문에 표준화하기 위해서이다. 앞서 서술했듯이 근감소증 환자와 일반인과의 보행에서 다른 점으로는 무릎을 벌리고 걷는 특징이 있다. 따라서 무릎이 벌리고 걸어, 양 발목의 사이도 멀어진다. 따라서 보행중인 보행자의 발목의 z좌표를 이용하여 연산된 검출요소2에서 보행자의 골반길이 대비 보행자의 발목 사이의 벌림 정도를 알 수 있다.

[0050]

후술할 본 발명의 보행자의 근감소증을 판별하는 제3단계(s400)는 검출요소 2를 연산하는 단계(s322)에서 연산된 검출요소 2를 이용하여 보행자의 근감소증을 판별할 수 있다. 일반인의 보행과는 다르게 근감소증 환자의 보행은 무릎을 벌리고 걷는 특징이 있다. 무릎을 벌리고 걷기 때문에 발목 사이의 거리도 멀어진다. 따라서 보행중인 보행자의 발목의 z좌표를 이용하여 연산된 검출 요소 2는 골반길이 대비 발목 사이의 벌림 정도를 내포하고 있다. 따라서, 검출요소 2에 내포되어 있는 골반길이 대비 발목 사이의 벌림 정도를 가지고 보행자의 근감소증 중증단계(s400)에서 보행자의 근감소증 를 판별할 수 있는 것이다.

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

[0051]

검출요소 3을 연산하는 단계(s323)는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 보행속도/

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

$Pelvis X_t$

T_i

다리길이를 연산하는 단계이다. 에서 는 보행자(p)의 허리의 x 좌표를 의미하고, 는 보행

$Subject'_i's Leg Length_{t=0}$

자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다. 또한, 는 보행자(p)의 다리 길이를

$$\frac{\sum_{t=0}^{T_i} \Delta Pelvis X_t}{T_i}$$

$Subject'_i's Leg Length_{t=0}$

의미한다. 를 로 나누는 이유는 다리 길이에 따라서 보폭에 크기가 달라

져 같은 거리를 걷더라도 속도가 달라지기 때문에 표준화하기 위해서이다. 앞서 서술했듯이, 근감소증 환자는 허리, 무릎 등 통증으로 인하여 무릎을 벌리고 걷는 특징을 가지고 있다. 하지만 무릎을 벌리고 걷는 특징 외에

도 근감소증 환자는 통증으로 인하여 빠르게 걸을 수가 없다. 그렇기 때문에 보폭이 큰 근감소증 환자여도 같은 보폭을 가지고 있는 일반인과는 걷는 속도에서 차이가 날 수 있다.

[0052] 후술할 본 발명의 보행자의 근감소증을 판별하는 제3단계(s400)는 검출요소 3을 연산하는 단계(s323)에서 연산된 검출요소 3을 이용하여 보행자의 근감소증을 판별할 수 있다. 일반인의 보행과는 다르게 근감소증 환자의 보행은 속도가 느리다는 특징이 있다. 따라서, 검출요소 3에 내포되어 있는 다리길이 대비 보행속도를 가지고 보행자의 근감소증 중증단계(s400)에서 보행자의 근감소증을 판별할 수 있는 것이다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootL_x - AnkleL_x|_t}{T_i} + \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |FootR_x - AnkleR_x|_t}{T_i}}{2}$$

[0053] 검출요소 4를 연산하는 단계(s324)는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으로 측면에서 바라본 보행중인 보행자의 발길이/보행자의 발 길이를 연산하는 단계이다. 검출요소 4를 연

산하는 식에서 $FootL_x$ 는 왼발의 x좌표이고 $AnkleL_x$ 는 왼 발목의 x좌표를 의미한다. 또한, $FootR_x$ 는 오른발의

$AnkleR_x$ x좌표를 의미하고 $Subject's Foot Length_{t=0}$ 는 오른발목의 x좌표를 의미한다. 또한, 상기 검출요소 4를 연산하는 식에서

T_i 는 보행자의 발길이를 의미하고, T_i 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다. 정상적인 일반인이 걸었을 때 측면에서 바라본 발길이는 본인의 발길이와 동일하지만 근감소증 환자는 무릎을 벌리고 걷기 때문에 발목이 밖을 향하여 걷는다 따라서 본인의 발길이보다 측면에서 바라본 발길이가 더 짧을 수 있다.

[0054] 후술할 본 발명의 보행자의 근감소증을 판별하는 제4단계(s400)는 검출요소 4를 연산하는 단계(s324)에서 연산된 검출요소 4를 이용하여 보행자의 근감소증을 판별할 수 있다. 일반인의 보행에서 측면에서 바라본 발길이와 일반인의 발길이는 같다. 하지만 근감소증 환자의 보행에서 측면에서 바라본 발길이와 근감소증 환자의 발길이는 다르다. 이러한 특징을 이용하여 보행할 때 측면에서 바라본 발길이와 보행자의 발길이를 이용하여 검출요소 4를 연산한다. 따라서, 검출요소 4에 내포되어 있는 발길이 대비 보행할 때 측면에서 바라본 발길이를 가지고 보행자의 근감소증 중증단계(s400)에서 보행자의 근감소증을 판별할 수 있는 것이다.

$$\frac{\frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta Angle_{KneeL}|_t}{T_i} + \frac{\sum_{t=0}^{T_i} |\Delta Angle_{KneeR}|_t}{T_i}}{2}$$

[0055] 검출요소 5를 연산하는 단계(s325)는 상기 스켈레톤 데이터로부터, 를 기준으

로 보행중인 양 무릎 굽힘 각 평균을 연산하는 단계이다. 상기 검출요소 5를 연산하는 식에서 $\Delta Angle_{KneeL}$ 는 왼쪽 엉덩이, 왼 무릎, 왼 발목의 x좌표와 y좌표로 삼각형 세변의 길이를 계산 후 cos법칙을 이용하여 연산 한

$\Delta Angle_{KneeR}$ 왼 다리의 무릎의 굽힘 각을 의미한다. 또한, T_i 는 오른쪽 엉덩이, 오른 무릎, 오른 발목의 x좌표와 y좌표로 삼각형 세변의 길이를 계산 후 cos법칙을 이용하여 연산한 오른다리의 무릎의 굽힘 각을 의미한다.

T_i 는 보행자가 기 설정된 거리를 보행한 시간을 의미한다. 앞서 서술했듯이 근감소증 환자와 일반인과의 보행에서 다른 점으로는 무릎을 벌리고 걷는 특징이 있다. 따라서 근감소증 환자는 중증단계가 심해질수록 무릎을 양 쪽으로 더 많이 벌리면서, 무릎도 더 많이 굽히게 된다. 따라서 무릎의 굽힘 각 평균을 이용하여 연산된 검출요소 5에서 보행할 때 보행자가 무릎을 굽힌 정도를 알 수 있다.

[0056] 후술할 본 발명의 보행자의 근감소증 를 판별하는 제3단계(s400)는 검출요소 5를 연산하는 단계(s325)에서 연산된 검출요소 5를 이용하여 보행자의 근감소증을 판별할 수 있다. 일반인이 보행할 때 무릎을 아예 펴고 걷지 않는다. 하지만, 근감소증 환자와 비교했을 때 무릎을 굽힌 각도에서 차이가 난다. 따라서, 검출요소 5에 내포되어 있는 보행할 때 근감소증 환자의 엉덩이와 무릎 및 발목이 이루고 있는 각도를 가지고 보행자의 근감소증을 판별할 수 있는 것이다.

[0057] 보행자의 근감소증 중증단계를 판별하는 제3단계(s400)는 촬영된 사진데이터로부터 보행자의 스켈레톤 데이터를 추출하고, 상기 스켈레톤 데이터로부터 근감소 판별 데이터로 연산하는 제 2단계(s300)에서 연산된 근감소 판

별 데이터에 기초하여 기 설정된 기준보다 높은 지 판별하여 보행자의 근감소증 를 판별할 수 있다. 앞서 서술한, 5개의 검출요소는 보행자의 근감소증 중증단계를 판별하는 제3단계(s400)에서 보행자의 근감소증 중증단계를 판별하는 각각의 지표로도 쓰인다. 또한, 보행자의 근감소증 중증단계를 판별하는 제3단계(s400)에서 5개의 검출요소 전부를 이용하여 보행자의 근감소증 중증단계를 판별할 수 있다.

[0058] 예를 들어, 근감소증 환자(p)가 있다. 근감소증 환자(p)는 기 설정된 거리를 전방을 향해 걷는다. 이때, 근감소증 환자(p)의 측면을 촬영한다. 이 촬영된 사진데이터에서 근감소증 환자(p)의 스켈레톤 데이터를 추출해 내는데, 이때 추출되는 스켈레톤 특성은 하반신에 위치한 9개의 특성만 사용한다. 근감소증 환자들은 중증 정도가 심할수록 무릎을 많이 벌리고 걷는다. 무릎을 많이 벌리면 벌릴수록 발목이 밖을 향하게 되고, 무릎을 더 많이 굽히게 되며, 걸음 속도도 느려지게 된다. 촬영된 사진데이터에서 추출한 스켈레톤 데이터에서 무릎과 발목, 속도 등의 특징을 알아볼 수 있는 검출요소 5가지를 지정하여 이를 연산한다. 근감소증 환자(p)의 연산 된 검출요소 5가지는 다른 근감소증 환자들의 검출요소들과 비교하여 기 설정된 기준 이상보다 높은 지 판별하여 근감소증 환자(p)의 를 판별한다.

[0059] 진술한 본 발명의 설명은 예시를 위한 것이며, 본 발명이 속하는 기술분야의 통상의 지식을 가진 자는 본 발명의 기술적 사상이나 필수적인 특징을 변경하지 않고서 다른 구체적인 형태로 쉽게 변형이 가능하다는 것을 이해할 수 있을 것이다. 그러므로 이상에서 기술한 실시예들은 모든 면에서 예시적인 것이며 한정적이 아닌 것으로 이해해야만 한다. 예를 들어 단일형으로 설명되어 있는 각 구성 요소는 분산되어 실시될 수도 있으며, 마찬가지로 분산된 것으로 설명되어 있는 구성요소들도 결합된 형태로 실시될 수 있다.


[0060] 본 발명의 범위는 상기 상세한 설명보다는 후술하는 특허청구범위에 의하여 나타내어지며, 특허청구범위의 의미 및 범위 그리고 그 균등 개념으로부터 도출되는 모든 변경 또는 변형된 형태가 본 발명의 범위에 포함되는 것으로 해석되어야 한다.

부호의 설명


[0061] 100: 촬영부
200: 서버
210: 추출부
220: 연산부
230: 학습부
240: 판별부
300: 단말
310: 디스플레이부
c: 카메라
p: 보행자

도면


도면1



도면2



도면3



도면4

