



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201668587 U

(45) 授权公告日 2010.12.15

(21) 申请号 201020200184.3

(22) 申请日 2010.05.24

(73) 专利权人 戴俊峰

地址 264200 山东省威海市光明路 51 号

(72) 发明人 戴俊峰 李光善

(74) 专利代理机构 威海科星专利事务所 37202

代理人 于涛

(51) Int. Cl.

A61F 9/007(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种眼科手术镊子

(57) 摘要

本实用新型涉及医疗器械领域,具体说是一种眼科手术镊子,包括手柄、左镊臂、右镊臂,其中左镊臂与右镊臂上端分别与手柄相连接,其特征在于左镊臂、右镊臂的前端分别设有夹持片,本实用新型中手柄上设有凸起,用于增大手柄的摩擦系数,方便医护人员使用,本实用新型在使用过程中,通过改变左镊臂、右镊臂前端的结构,通过夹持片增大夹持面积,从而有效的防止在手术过程中,夹持的纱布或者眼部组织发生折边现象,有利于提高手术效率、减轻患者痛苦。



1. 一种眼科手术镊子,包括手柄、左镊臂、右镊臂,其中左镊臂与右镊臂上端分别与手柄相连接,其特征在于左镊臂、右镊臂的前端分别设有夹持片。
2. 根据权利要求 1 所述的一种眼科手术镊子,其特征在于手柄上设有凸起。

一种眼科手术镊子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗器械领域，具体说是一种结构简单、使用效果好的眼科手术镊子。

背景技术

[0002] 众所周知，眼科手术尤其是视网膜手术中，经常需要用镊子夹起纱布或者眼部器官组织，而现有的手术镊子采用在手柄上固定两条镊臂，镊臂前端为尖嘴型的结构，导致在夹起纱布或者眼部器官组织时，容易造成折边，因此需要使用者小心翼翼的将纱布或者器官组织整平，给医护人员工作造成了麻烦，增加了患者的痛苦，不利于医疗效率的提高。

发明内容

[0003] 本实用新型针对现有技术存在的不足，提出一种结构合理、使用方便、能够有效提高手术效率的眼科手术镊子。

[0004] 一种眼科手术镊子，包括手柄、左镊臂、右镊臂，其中左镊臂与右镊臂上端分别与手柄相连接，其特征在于左镊臂、右镊臂的前端分别设有夹持片。

[0005] 本实用新型中手柄上设有凸起，用于增大手柄的摩擦系数，方便医护人员使用。

[0006] 本实用新型在使用过程中，通过改变左镊臂、右镊臂前端的结构，通过夹持片增大夹持面积，从而有效的防止在手术过程中，夹持的纱布或者眼部组织发生折边现象，有利于提高手术效率、减轻患者痛苦。

[0007] 附图说明：

[0008] 下面结合附图对本实用新型做进一步的说明。

[0009] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0010] 附图标记：手柄 1、左镊臂 2、右镊臂 3、夹持片 4、凸起 5

[0011] 具体实施方式：

[0012] 一种眼科手术镊子，包括手柄 1、左镊臂 2、右镊臂 3，其中左镊臂 2 与右镊臂 3 上端分别与手柄 1 相连接，其特征在于左镊臂 2、右镊臂 3 的前端分别设有夹持片 4。

[0013] 本实用新型中手柄 1 上设有凸起 5，用于增大手柄 1 的摩擦系数，方便医护人员使用，本实用新型中夹持片 4 可以采用三角形，其顶角与左镊臂 2 或者右镊臂 3 相连接，底边有效的扩大夹持面积，本实用新型在使用过程中，通过改变左镊臂 2、右镊臂 3 前端的结构，通过夹持片 4 增大夹持面积，从而有效的防止在手术过程中，夹持的纱布或者眼部组织发生折边现象，有利于提高手术效率、减轻患者痛苦。




图 1